

OK 打○ · NG 打×

檢查項目	檢查重點	檢查結果 月/日						備註 (紀錄測定值改善或建議事項)
		/ 星期一	/ 星期二	/ 星期三	/ 星期四	/ 星期五	/ 星期六	
藥品使用及管理	(1) 藥品使用完畢後已緊閉並置回原位整齊存放							
	(2) 藥品名稱已標示清楚							
	(3) 藥品櫃已關閉妥當							
	(4) 藥品櫃內沒有藥品洩漏情形							
	(5) 危害性化學藥品（毒化物及有機溶劑）取用依規定填寫登記							
高壓氣體鋼瓶	(1) 高壓氣體鋼瓶有橫置之固定且牢固							
	(2) 未使用之鋼瓶已關妥							
	(3) 鋼瓶儲存間沒有易燃物							
	(4) 鋼瓶成分已標示清楚							
儀器及附屬設備	(1) 儀器週邊保持乾淨							
	(2) 電線絕緣包覆沒有被破壞致裸露							
污染防治設施	(1) 廢液貯存之內容物已標示清楚							
	(2) 廢棄物已分類貯存並標示區域							
安全衛生防護具	(1) 防護具數量足夠使用							
	(2) 特殊檢驗時，人員有依正確使用安全防護具							
檢驗室內整體環境條件	(1) 故障燈管皆已更換							
	(2) 室內保持整潔，無積水，通道明確							
	(3) 物品器材放置整齊							
	(4) 空調溫度控制在 26°C 以上							
	(5) 緊急疏散標示清楚							

負責人員		記錄人員	
安全衛生監督人員			