1788Lab 全球NO.1線上展覽會場

真空旋轉減壓濃縮機故障檢查表

公司名稱				聯絡人	
TEL		分機		E-mail	

儀器廠牌		填表日期	
真空顯示	□無 □有	購買日期	

儀器需求條件	說　明
插座有無電源	□NG □OK 故障情形:
電壓是否正確	□NG □OK 故障情形:
儀器後方電源線是否脫落	□NG □OK 故障情形:
電源開關是否正常	□NG □OK 故障情形:
外觀是否有被溶劑侵蝕或破裂	□NG □OK 故障情形:
冷凝管、濃縮瓶、蒸餾瓶是否有裂損	□NG □OK 故障情形:
旋轉馬達是否正常	□NG □OK 故障情形:
真空度是否正常	□NG □OK 故障情形:
水浴鍋顯示面板是否正常	□NG □OK 故障情形:
水浴鍋升溫控制是否正常	□NG □OK 故障情形:
加熱指示燈是否正常	□NG □OK 故障情形:
加熱器是否正常	□NG □OK 故障情形:
其他選配功能	
真空控制器是否正常	□NG □OK 故障情形:
真空控制器可程式功能是否正常	□NG □OK 故障情形:
溫度顯示是否正常	□NG □OK 故障情形:

轉速顯示是否正常	□NG □OK 故障情形:
電動升降器是否正常	□NG □OK 故障情形:
備註：	